



WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU

61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4
www.poznan.pios.gov.pl
NIP 972-05-27-579

tel. 061 8270-500, fax. 061 8270-522
e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl
REGON 000162406

Poznań, dnia 6 października 2009 r.

STRONA INTERNETOWA WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Dostawa spektrometru ICP-MS, ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej z detektorem mas do oznaczania pierwiastków (w ilości 1 sztuka), z wyposażeniem, instalacją, uruchomieniem i szkoleniem pracowników.

Treść otrzymanych zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

„1. Czy Zamawiający może wyjaśnić zapis dotyczący parametru wymaganego „Interfejs/komora reakcyjna: – dyskryminacja ze względu na energię kinetyczną lub masę jonów ?

Na jakiej podstawie Zamawiający zamierza weryfikować sposób spełnienia tego parametru ?”

Odpowiedz na pytanie nr 1: Zamawiający zweryfikuje ten parametr tak jak pozostałe, tj. na podstawie oficjalnych specyfikacji producenta.

Pytanie nr 2:

„2. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu z pełną software`ową kontrolą położenia palnika w trzech płaszczyznach XYZ ?”

Odpowiedz na pytanie nr 2: Tak.

Pytanie nr 3:

„3. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu z filtrem kwadropolowym o stabilności kalibracji mas 0,05 amu przez okres powyżej 24 godzin pracy ciągłej ?”

Odpowiedz na pytanie nr 3: Tak.

Zatwierdził: Wielkopolski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska w Poznaniu
Zdzisław W. Krajewski